



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI
SIGURANȚA ALIMENTELOR/
P.I. NATIONAL CENTER OF ANIMAL, PLANT HEALTH AND FOOD SAFETY
Laboratorul produse de origine vegetală și produse de uz fitosanitar /
Laboratory of plant origin products and plant protection products
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
email: receptie@cnsapsa.ansa.gov.md Tel: (373) 22-47-17-13, (373) 22-47-10-20

Aprobat / Approved
Zuza Elena

L.S./P.S

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 00566 din / from 06.04.2026



Detalii solicitant:
Applicant:

A.N.S.A.
mun. Chișinău, str. M. Kogalniceanu, nr. 63

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot / suprafață:
Quantity batch / surface:

Orez
23 t



Eșantionare: Tocan Petru - inspector ANSA
Sampling by:

Locul eșantionării: PIF Tudora
Sampling location:

Document însoțire: 7135 din 02.04.2026
Accompanying document: from

Origine: Ucraina Destinație lot: monitorizare de stat
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: 00052774
Seal Nr.:

Nr./ cantitate probă: 1 most./1 kg Data recepției: 02.04.2026
Nr./ sample mass: Receiving date:

Cod proba: 00566/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Crupe de orez
Ordinul ANSA Nr.26 din 15.01.2026

Solicitare:
Request:

Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
00566/1 - reziduuri de pesticide

Notă:
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00566 din / from 06.04.2026

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
00566/1	Nici un compus depistat \geq LOQ	---	---	---	GC MS/MS	PS-DCR-RP-01	---
00566/1	Nici un compus depistat \geq LOQ	---	---	---	LC MS/MS	PS-DCR-RP-03	---

Notă / Note: Lista substanțelor analizate și limita de cuantificare (LOQ) sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Responsabil încercare / Test responsible person:

Calmic Patricia

Zoloteov Inga

Boeva Maria

Șefă DCR / Persoana desemnată:

Head of RCD / Designated person:



Abrevieri / Abreviation:

- AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC; NM - neacreditat MOLDAC / unaccredited by MOLDAC
- LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cu spectrometrie de masă în tandem / determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography tandem mass spectrometry method
- GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie de Gaze cu spectrometrie de masă în tandem / determination of pesticide residues using the Gas Chromatography tandem mass spectrometry method
- LMA - limita maxima admisibilă / MRL - the maximum residue level
- U.M. - unitatea de masura / unit of measurement
- LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
- 0,01 mg/kg - LOQ pentru metodele LC MS/MS și GC MS/MS / LOQ for LC MS/MS and GC MS/MS methods
- 36 mg/kg - LOQ pentru metoda ionometrică / LOQ for the ionometric method
- Referințe - reprezintă documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

DCR / RCD - Direcția Control Reziduri / Residues Control Directorate

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. Acest document este valabil doar semnat, ștampilat și aprobat de persoanele desemnate /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory. This document is valid only signed, stamped and approved by the designated persons

Originale / Originals:

Laborator / Laboratory:

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

Copia electronică: Tocan Petru - inspector ANSA

Electronic copy:

LC-MS/MS și limitele de cuantificare (LOQ) / List of pesticide residues analyzed by the

LC-MS/MS and limits of quantification (LOQ):

Denumire substanță analizată / Name of analyzed substance		LOQ mg/kg	Denumire substanță analizată / Name of analyzed substance		LOQ mg/kg
115. Mexacarb NM	Mexacarbate NM	0,010	145. Sebumeton AM	Sebumeton AM	0,010
116. Miclobutanil AM	Myclobutanil AM	0,010	146. Siduron NM	Siduron NM	0,010
117. Monocrotofos NM	Monocrotophos NM	0,010	147. Simetrin NM	Simetryn NM	0,010
118. Monolinuron AM	Monolinuron AM	0,010	148. Spinetoram (J&L) AM	Spinetoram NM (J&L) AM	0,010
119. Neburon NM	Neburon NM	0,010	149. Spinosad (A&D) NM	Spinosad (A&D) NM	0,010
120. Novaluron AM	Novaluron AM	0,010	150. Spirodiclofen NM	Spirodiclofen NM	0,010
121. Nuarimol NM	Nuarimol NM	0,010	151. Spirotetramat NM	Spirotetramat NM	0,010
122. Ometoat AM	Omethoate AM	0,010	152. Spiroxamina AM	Spiroxamine AM	0,010
123. Oxadixil NM	Oxadixyl NM	0,010	153. Tebuconazol NM	Tebuconazol NM	0,010
124. Oxamil AM	Oxamyl AM	0,010	154. Tebufenpirad AM	Tebufenpyrad AM	0,010
125. Paclobutrazol NM	Paclobutrazol NM	0,010	155. Tebutiuron NM	Tebuthiuron NM	0,010
126. Pencicuron AM	Pencycuron AM	0,010	156. Teflubenzuron AM	Teflubenzuron AM	0,010
127. Piperonil butoxid AM	Piperonyl butoxide AM	0,010	157. Temefos NM	Temephos NM	0,010
128. Piracarbolid AM	Pyracarbolid AM	0,010	158. Terbumeton AM	Terbumeton AM	0,010
129. Piraclostrobin AM	Pyraclostrobin AM	0,010	159. Terbutrin NM	Terbutryn NM	0,010
130. Piridaben NM	Pyridaben NM	0,010	160. Tetraconazol AM	Tetraconazole AM	0,010
131. Pirimetanil NM	Pyrimethanil NM	0,010	161. Tiabendazol AM	Thiabendazole AM	0,010
132. Pirimicarb AM	Pirimicarb AM	0,010	162. Tiaclopid AM	Thiaclopid AM	0,010
133. Piriproxifen AM	Pyriproxifen AM	0,010	163. Tiametoxam AM	Thiamethoxam AM	0,010
134. Procloraz NM	Prochloraz NM	0,010	164. Tiobencarb NM	Thiobencarb NM	0,010
135. Promecarb NM	Promecarb NM	0,010	165. Tiofanat-metil NM	Thiophanate-methyl NM	0,010
136. Prometon NM	Prometon NM	0,010	166. Triciclazol AM	Tricyclazole AM	0,010
137. Prometrin AM	Prometryn AM	0,010	167. Triclorfon NM	Trichlorfon NM	0,010
138. Propamocarb NM	Propamocarb NM	0,010	168. Trifloxystrobin AM	Trifloxystrobin AM	0,010
139. Propargit NM	Propargite NM	0,010	169. Triflumizol NM	Triflumizole NM	0,010
140. Propiconazol AM	Propiconazole AM	0,010	170. Triflumuron AM	Triflumuron AM	0,010
141. Propoxur NM	Propoxur NM	0,010	171. Triticonazol AM	Triticonazole AM	0,010
142. Quinoxifen AM	Quinoxifen AM	0,010	172. Vamidotion AM	Vamidothion AM	0,010
143. Quizalofop NM	Quizalofop NM	0,010	173. Zoxamid AM	Zoxamide AM	0,010
144. Rotenona AM	Rotenone AM	0,010			

Abrevieri / Abbreviations:

AM – acreditat MOLDAC / accredited MOLDAC

NM – neacreditat MOLDAC / unaccredited MOLDAC

LOQ – limita de cuantificare (limita de raportare) / the limit of quantification (reporting limit)



**Lista reziduurilor de pesticide analizate prin metoda
GC-MS/MS și limitele de cuantificare (LOQ) / List of pesticide residues analyzed by the
GC-MS/MS and limits of quantification (LOQ):**

Denumire substanță analizată / Name of analyzed substance		LOQ mg/kg	Denumire substanță analizată / Name of analyzed substance		LOQ mg/kg
1. Acetoclor AM	Acetochlor AM	0,010	36. Imazalil NM	Imazalil NM	0,010
2. Azoxistrobin AM	Azoxystrobin AM	0,010	37. Indoxacarb NM	Indoxacarb NM	0,010
3. Bifentrin AM	Bifenthrin AM	0,010	38. Iprodion AM	Iprodione AM	0,010
4. Bitertanol NM	Bitertanol NM	0,010	39. Kresoxim-metil AM	Kresoxim-methyl AM	0,010
5. Boscalid NM	Boscalid NM	0,010	40. Lambda-cihalotrin AM	Lambda-cyhalothrin AM	0,010
6. Bromuconazol AM	Bromuconazole AM	0,010	41. Malation AM	Malathion AM	0,010
7. Captan NM	Captan NM	0,010	42. Penconazol AM	Penconazole AM	0,010
8. Clorobenzilat AM	Chlorobenzilate AM	0,010	43. Pendimetalin AM	Pendimethalin AM	0,010
9. Cipermetrin AM	Cypermethrin AM	0,010	44. Picoxistrobin AM	Picoxystrobin AM	0,010
10. Clorotalonil NM	Chlorothalonil NM	0,010	45. Pirimetanil AM	Pyrimethanil AM	0,010
11. Clorpirifos AM	Chlorpyrifos AM	0,010	46. Pirimicarb NM	Pirimicarb NM	0,010
12. Ciflutrin AM	Cyfluthrin AM	0,010	47. Pirimifos-metil AM	Pirimiphos-methyl AM	0,010
13. Ciproconazol NM	Cyproconazole NM	0,010	48. Procimidon AM	Procymidone AM	0,010
14. Ciprodinil NM	Cyprodinil NM	0,010	49. Profenofos AM	Profenofos AM	0,010
15. Deltametrin AM	Deltamethrin AM	0,010	50. Prometrin AM	Promethrin AM	0,010
16. Diazinon AM	Diazinon AM	0,010	51. Propargit NM	Propargite NM	0,010
17. Diclorvos NM	Diclorvos NM	0,010	52. Propiconazol AM	Propiconazole AM	0,010
18. Difenconazol AM	Difenconazole AM	0,010	53. Spiroxamină AM	Spiroxamine AM	0,010
19. Dimetomorf NM	Dimethomorph NM	0,010	54. Tau-fluvalinat NM	Tau-fluvalinate NM	0,010
20. Diniconazol AM	Diniconazole AM	0,010	55. Tebuconazol AM	Tebuconazole AM	0,010
21. Endosulfan-alfa AM	Endosulfan-alpha AM	0,010	56. Tetradifon AM	Tetradifon AM	0,010
22. Endosulfan-beta AM	Endosulfan-beta AM	0,010	57. Triadimefon AM	Triadimefon AM	0,010
23. Endosulfan sulfat AM	Endosulfan-sulphate AM	0,010	58. Triadimenol AM	Triadimenol AM	0,010
24. Epoxiconazol NM	Epoxiconazole NM	0,010	59. Vinclozolin NM	Vinclozolin NM	0,010
25. Etion AM	Ethion AM	0,010			
26. Fenvalerat/Esfenvalerat AM	Fenvalerate/ Esfenvalerate AM	0,010			
27. Fipronil NM	Fipronil NM	0,010			
28. Flutriafol AM	Flutriafol AM	0,010			
29. Folpet NM	Folpet NM	0,010			
30. Fosalon AM	Phosalone AM	0,010			
31. Haloxifop-metil NM	Haloxyfop-methyl NM	0,010			
32. HCH-alfa AM	HCH-alpha AM	0,010			
33. HCH-beta AM	HCH-beta AM	0,010			
34. HCH-delta AM	HCH-delta AM	0,010			
35. HCH-gama (Lindan) NM	HCH-gamma (Lindane) NM	0,010			

Abrevieri / Abbreviations:

AM – acreditat MOLDAC / accredited MOLDAC

NM – neacreditat MOLDAC / unaccredited MOLDAC

LOQ – limita de cuantificare (limita de raportare) / the limit of quantification (reporting limit)

